

Sarajevo, 08-05-2025

Broj: 73-04-4-15955

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama, člana 48. Statuta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Pravilnika o javnim nabavkama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, na prijedlog Komisije za javne nabavke a prema Izvještaju o radu Komsije, Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda i Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda e-aukcija, koje čine sastavni dio ove odluke, v.d. Generalna direktorica donosi:

ODLUKU

o rezultatima okončanog otvorenog postupka javne nabavke a koji se odnosi na javnu nabavku

„Medicinska sredstva za potrebe I/24/2025 C za potrebe KCUS-a Specifični hirurški materijal“

I

Prihvata se preporuka o izboru najpovoljnijeg ponuđača Komisije za javne nabavke i okvirni sporazumi za nabavku „Medicinska sredstva za potrebe I/24/2025 C za potrebe KCUS-a Specifični hirurški materijal“ koji se dodjeljuje ponuđačima:

„SEDŽAN INGENERING“ d.o.o

Za LOT-ove 1,2,3,4,5,6 prema ponudi broj 10-11-3-13426 od 14.04.2025 godine;

II

Prijedlog okvirnog sporazuma dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču najkasnije u roku od 10 dana, računajući od dana kada u svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

III

Obavezuju se ponuđači iz člana 1. ove Odluke da u roku od 7 (sedam) dana od prijema ove Odluke dostave dokumente navedene u tenderskoj dokumentaciji na centralni protokol ugovornog organa, sa obaveznom naznakom broja obavještenja na koji se isti odnose. Ukoliko su isti sastavni dio dostavljene ponude o istom obavezan je pismenim putem obavjestiti Ugovorni organ.

U slučaju da izabrani ponuđač propusti da dostavi dokaze o kvalificiranosti u navedenom roku ili dostavi neprihvatljive dokaze ova Odluka će se poništiti.

IV

Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. Stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Luisa F. Dent

OBRAZLOŽENJE

Javno otvaranje ponuda održano je dana 14.04.2025.godine u 11:00 sati u sali za sastanke na lokaciji Objekat Tehničkog sektora (C9) Bolnička br.25. uz prisustvo članova komisije, sekretara komisije, i referenta protokola (Merima Hodžić). Javnom otvaranju ponuda nije prisustvovao niko od predstavnika ponuđača.

Komisija je konstatovala da su ponude blagovremene, uredno obilježene i ovjerene od strane ponuđača, te je iste prilikom preuzimanja od strane referenta protokola obilježila rednim brojevima od 1 do 2. Komisija je u prisustvu referenta protokola, izvršila otvaranje ponuda, a budući da su iste uvezane i osigurane jemstvenikom radi zaštite od eventualnih zloupotreba, Komisija je izvršila potpisivanje i ovjeru prve i posljednje stranice ponuda, kao i potpisivanje i ovjeru koverata u kojima su ponude dostavljene. U skladu sa Članom 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke (Sl.glasnik BiH br.103/14) Komisija je sačinila Zapisnik sa otvaranja ponuda u koji su uneseni slijedeći podaci: Broj protokola ponude, naziv ponuđača i ukupna vrijednost ponuda bez PDV-a. Zapisnik sa otvaranja ponuda broj protokola 73-33-4-13468-1 od 14.04.2025.god. je u zakonskom roku, putem faxes dostavljen ponuđačima učesnicima postupka javne nabavke.

Red. broj	Broj protokola	Naziv ponuđača	Datum i vrijeme prispjeća ponude	
1	10-11-3-13397	RAUCHE MEDICAL	14.04.2025.	08:14
2	10-11-3-13426	SEDŽAN Ingenering	14.04.2025.	09:08

Komisija je detaljnom analizom pregledala dostavljene ponude, ocijenila formalnu, pravnu i suštinsku valjanost istih, polazeći od zahtjeva tenderske dokumentacije koje je Ugovorni organ naveo u pozivu, a koje su ponuđači bili dužni ispuniti kako bi stekli uslove za dalju kvalifikaciju u javnom nadmetanju. Nakon detaljnog uvida u primljene ponude Komisija je konstatovala da su kvalificirani ponuđači za dalju ocjenu i vrednovanje prema kriterijima iz tenderske dokumentacije i uporedbu radi odabira najpovoljnijeg ponuđača za traženo niže navedeni ponuđači:

Red. broj	Broj protokola	Naziv ponuđača	Datum i vrijeme prispjeća ponude	
1	10-11-3-13397	RAUCHE MEDICAL	14.04.2025.	08:14
2	10-11-3-13426	SEDŽAN Ingenering	14.04.2025.	09:08

PONUĐAČI ČIJE PONUDE NISU PRIHVACENE ZA POJEDINE LOT-ove

Nakon detaljnog uvida u primljene ponude Komisija je konstatovala da niže navedena ponuda nije dostavljena u skladu sa Tenderskom dokumentacijom, te ista nije prihvaćena od strane Komisije.

Red. Br.	PONUĐAČ	NAZIV LOT-a
----------	---------	-------------

1	RAUCHE MEDICAL	LOT 4 - Endoskopski linearni cutteri
---	----------------	--------------------------------------

Razlozi i obrazloženja za ponude koje nisu prihvaćene za pojedine LOT-ove

LOT 4 - Endoskopski linearni cutteri

RAUCHE MEDICAL

Komisija je uvidom u ponudu ponuđača Rauche Medical za LOT 4 uočila odstupanja za:

Stavka broj 3; Tenderskom dokumentacijom traženo Visina zatvorenih klemica je 2mm za vaskularno tkivo, dužina stapling i sječne linije 45mm, ponuđeno sa visinom klemica 2,5mm;

Stavka broj 4; Tenderskom dokumentacijom traženo je dužina stapling i sječne linije 45mm (visina klemica 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm), ponuđeno sa visinom klemica od 0,88mm - 1,5mm

Stavka broj 5; Tenderskom dokumentacijom traženo je dužina stapling i sječne linije 45mm (visina klemica 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm), ponuđeno sa visinom klemica od 1,5mm – 2,25mm

Stavka broj 6; Tenderskom dokumentacijom traženo je dužina stapling i sječne linije 60mm (visina klemica 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm) ponuđeno sa visinom klemica od 0,88mm – 1,5mm

Stavka broj 7; Tenderskom dokumentacijom traženo je dužina stapling i sječne linije 60mm (visina klemica 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm) ponuđeno sa visinom klemica od 1,5mm – 2,25mm

Stavka broj 8; Tenderskom dokumentacijom traženo je visina zatvorenih klemica je 2mm za vaskularno tkivo, ponuđeno sa visinom klemica od 2,5mm

Stavka broj 9; Tenderskom dokumentacijom traženo je dužina stapling i sječne linije 30mm (visina klemica 2,0mm, 2,5mm, 3,0mm), ponuđeno sa visinom klemica od 0,88mm – 1,5 mm

Stavka broj 10; Tenderskom dokumentacijom traženo je dužina stapling i sječne linije 60mm (visina klemica 4,0mm, 4,5mm, 5,0mm), ponuđeno sa visinom klemica od 2,25mm – 3mm

Stavka broj 11; Tenderskom dokumentacijom traženo je visina zatvorenih klemica je 2mm za vaskularno tkivo, ponuđeno sa visinom klemica od 2,5mm

Stavka broj 13; Tenderskom dokumentacijom traženo je visina zatvorenih klemica je 2mm za vaskularno tkivo, ponuđeno sa visinom klemica od 2,5mm

Komisija je na osnovu svega navedenog ocijenila ponudu kao neprihvatljivu, jer ista nije dostavljena u skladu sa traženim Tenderskom dokumentacijom.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršiće se na osnovu kriterija najniža cijena:

1)	Cijena	učešće	100	%
----	--------	--------	-----	---

Okvirni sporazum će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

Vrednovanje ponuda i odabir najpovoljnijeg ponuđača vršit će se na sljedeći način :

1. Cijena

Maksimalan broj bodova za ponuđenu cijenu iznosi 100 bodova.

Amirahiti Set

Ponuda sa najnižom cijenom za tehnički prihvatljivu specifikaciju se vrednuje ocjenom 100, a ostale ponude ponuđača sa tehnički prihvatljivim specifikacijama se vrednuju na sljedeći način:

Najniža ponuđena cijena x 100

Ponuđena cijena

E AUKCIJA

Za ovaj postupak javne nabavke planirano je provođenje e-aukcije, ali u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije, član 4. Stav 2) u kojem je regulisano kako se e-aukcija ne može provesti u slučaju prijema jedne prihvatljive ponude, te se **postupak okončava u skladu sa članom 69. Tačka 1) a) ZJN.**

Prijedlog Komisije odgovornoj osobi ugovornog organa za donošenje odluke o izboru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem:

Komisija jednoglasno daje prijedlog ugovornom organu, da se nakon provedenog otvorenog postupka, objavljenog na portalu e-Nabavke pod brojem 893-1-1-558/24 od 21.02.2025.godine.

Okvirni sporazum u trajanju od 24 (dvadeset četiri) mjeseca za „Medicinska sredstva za potrebe I/24/2025 C za potrebe KCUS-a Specifični hirurški materijal “ dodijeli ponuđaču kako je niže navedeno:

SEDŽAN Ingenering

LOT 1 - Specifični hirurški materijal	vrijednost bez PDV-a:	64.729,41
LOT 2 - Linearni cutteri za otvorenu hirurgiju	vrijednost bez PDV-a:	181.788,00
LOT 3 - Linearni stapleri za otvorenu hirurgiju	vrijednost bez PDV-a:	104.196,00
LOT 4 - Endoskopski linearni cutteri	vrijednost bez PDV-a:	421.554,00
LOT 5 - Prsten za retrakciju hirurškog reza	vrijednost bez PDV-a:	17.470,00
LOT 6 - Hemostatski materijal	vrijednost bez PDV-a:	6.300,00
	Ukupno bez PDV-a:	796.037,41
	+ PDV:	135.326,36
	Ukupno sa PDV-om:	931.363,77

- Rok isporuke ponuđenog materijala 30 dana od prijema narudžbe;
- FCO skladište kupca O.J. Klinička apoteka KCUS-a;
- Odgođeno plaćanje 60 dana od izdavanja računa;

REKAPITULACIJA

LOT	Ponudač	Ukupan iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Ukupan iznos sa PDV-om
LOT 1	SEDŽAN Ingenering	64.729,41	11.004,00	75.733,41
LOT 2	SEDŽAN Ingenering	181.788,00	30.903,96	212.691,96
LOT 3	SEDŽAN Ingenering	104.196,00	17.713,32	121.909,32
LOT 4	SEDŽAN Ingenering	421.554,00	71.664,18	493.218,18
LOT 5	SEDŽAN Ingenering	17.470,00	2.969,90	20.439,90
LOT 6	SEDŽAN Ingenering	6.300,00	1.071,00	7.371,00
UKUPNO:		796.037,41	135.326,36	931.363,77

Ostali elementi Okvirnog sporazuma:

- Rok upotrebe ugovorenih materijala u vrijeme isporuke će biti najmanje 70% njihovog cjelokupnog roka upotrebe;
- Cijene su nepromjenjene za vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma
- Okvirni sporazum se potpisuje na period od 24 (dvadeset i četiri) mjeseca ili utroška ukupnih sredstava na koje se ovaj Sporazum zaključuje.

Na preporuku Komisije imenovane za predmetni postupak javne nabavke donijeta je Odluka kao u dispozitivu.



V.D.GENERALNA DIREKTORICA

Prof.dr. Hajrija Maksić

PRAVNA POUKA:

Svaki ponudač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14, 59/22) i/ili podzakonskih akata, ima pravo uložiti žalbu ugovornom organu u roku od 10 dana po prijemu Odluke o izboru, shodno Članu 99. i Članu 101. Zakona o javnim nabavkama BiH

Handwritten signature in blue ink at the bottom left corner.